Lunos®

Lunos® Polierpaste Two in One
Neutral / Orange / Minze

Lunos® Prophy Paste Two in One
Neutral / Orange / Mint

0 sec. 10 sec.
Cleaning
Polishing
max. 70°C
MD

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, DE
In DÜRR DENTAL company
Tel: +49 7142 705-0
info@duerrdental.com
www.duerrdental.com
Made in Germany

DE Gebrauchsanweisung
Lunos® Polierpaste Two in One
Neutral / Orange / Minze

Die „Polierpaste Two in One" ist in folgenden Varianten verfügbar:

Neutral (REF: CPZ7210A1901), ohne Fluorid, ohne Aromen
Orange (REF: CPZ7220A1901), ohne Fluorid, enthält Limonen
Minze (REF: CPZ7230A1901), enthält 679 ppm Gesamtfluorid (Natriumfluorid) und Pfefferminze

Produktbeschreibung
Die „Polierpaste Two in One" ist ein Medizinprodukt. Dieses Produkt ist nur für die professionelle zahnärztliche Anwendung bestimmt und darf ausschließlich von Fachpersonal angewendet werden.
Die „Polierpaste Two in One" ist frei von herkömmlichen Inhaltsstoffen, Gluten, Lactose, Fructose und Mikroplastik.

Indikation
- darf nur mit für die Prophylaxe geeigneten Poliererinstrumenten eingesetzt werden
- zur schonenden Entfernung von Verfärbungen und Zahnbelägen vor der Applikation von Fluoridpräparaten, Applikation von Bleachingpräparaten und Einsetzen von festsitzenden Prothesen wie z.B. Inlays, Onlays, Kronen, Veneers etc.
- Zur Reinigung vor dem Aufbringen von orthodontischen Brackets und Einsetzen von Kompositprothesen angewendet. Hier ist den fluoridfreien Varianten „Orange" oder „Neutral" der Vorzug zu geben.
- arbeitet auf dem innovativen Prinzip der „Selbstredruktion". D.h. anfangs größere, stäbchenförmige Poliererpartikel werden durch Kaudruck und -bewegung in feine Poliererpartikel zerlegt. Diese kann in einem Arbeitsschritt in den ersten 10 Sekunden der Reinigung schnell und gründlich Beläge entfernt und anschließend in weniger als 60 Sekunde Glättung bzw. Politur der supragingivalen Zahnoberfläche vorgenommen werden.

Die „Polierpaste Two in One" weist einen RDA von < 28* auf und ist für Kinder und Jugendliche geeignet, sofern ein ausgebildetes Fachpersonal diese anwendet.

Kontraindikationen
„Polierpaste Two in One" sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen inhaltsstoffe der Pasten (z.B. Limonen; Pfefferminzöl). Liegen bekannte Allergien gegen Limonen oder Pfefferminzöl vor, ist die Variante „Neutral" der „Polierpaste Two in One" zu empfehlen.

Warnhinweis
Nicht verschlucken. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit reichlich Wasser ausspülen. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

Sensibilisierungsstoffe
Bei der Arbeit mit „Polierpaste Two in One" auf geeignete Schutzausrüstung achten: Patient und Behandler müssen einen geeigneten Augenschutz, z.B. Schutzbrille tragen.
Der Behandler muss geeignete Schutzausrüstung in Form von Mund-Nasen-Schutz und Schutzhandschuhen tragen.
Die „Polierpaste Two in One" darf nur von entsprechend geschultem zahnmedizinischen Fachpersonal angewendet werden.
Die Variante „Minze" mit Fluorid ersetzt nicht die Anwendung einer speziellen Fluoridtherapie, wenn diese angezeigt ist. Aus Sicht der Behandlung wird empfohlen, keine weiteren Anwendungen mit fluoridhaltigen Präparaten vorzunehmen.
Nur Verwendung von fließzumessbaren Karieshygieneboxen gemäß ISO 27727 die Variante „Minze", sondern alternativ die Variante „Neutral" oder „Orange" verwendet werden.
Überprüfen Sie dentalen Einheit nach Kontakt mit der Poliercreme mit einem feuchten Tuch reinigen.

Arbeitsvorbereitung
Bei erster Anwendung ist das Originalklitzelsiegel der Tube zu entfernen. Ausreichende Menge Polierpaste entnehmen und in einen Applikationsring, z.B. dem Lunos® Prophy-Applikationsring oder ähnliches gegeben(die Größe) entfüllen. Mit geeigneter Poliererinstrument Polierpaste aufnehmen und Poliervorgang beginnen. Bitte beachten Sie, dass die selbstreduzierende Effekt der Paste nur bei Kontakt mit Luft eintritt. Bitte solange polieren, bis die Polierpartikel sich verfeinert haben, damit nach Belagsentfernung der gewünschte Effekt eintreten kann.
Bitte beachten Sie, um eine Hitzeentwicklung am Zahn zu verhinden, dass immer ausreichend Polierpaste zwischen Poliererinstrument und Zahn vorhanden ist.
Bitte achten Sie aus diesem Grund auch darauf, die maximal empfohlene Umdrehungszahl der Poliergeräthandstücker nicht zu überschreiten. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Lagerung und Haltbarkeit
Bitte achten Sie darauf, die Tuben sofort nach Entnahme der Paste wieder sorgfältig zu verschließen, um ein Austrocknen der Paste zu verhindern.
In geschlossenen, beiliftbaren Räumen, unter Vermeidung von Feuchtigkeit und intensivem Licht zwischen 0 °C und 25 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Lagerung der Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit 36 Monate, nach Anbruch 12 Monate.

Entsorgung
Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Zusammensetzung
Two in One Neutral: Silikate, Glycerin, Aqua dest., Hydroxylapatit, Säureregulator, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol, PHB-Ester), Verdicker, Emulgator, Farbstoffe (C.I. 77774), Süßstoff (C.I. 77891), Orangenaroma (enthält Limonen)
Two in One Minze: Silikate, Glycerin, Aqua dest., Hydroxylapatit, Säureregulator, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol, PHB-Ester), Verdicker, Emulgator, Natriumfluorid (1500 ppm = 679 ppm F-), Farbstoffe (C.I. 42090, C.I. 47005, C.I. 77891), Menthol(0,1%)
* Methode nach Stookey/Schemehorn mit Referenzzubatrez Bimsstein für Prophylaxepasten (J Dent Res, 1979 58(2): p.588-592) relativer RDA-Wert im Vergleich zu Produkt „C" = RDA 27
Messergebnisse: Produkt „C" = 255 / Two in One = 260

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA, Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834
Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL SCHWEIZ AG, Grabenackerstraße 27, 8156 Oberhasli, Switzerland ☎ +41 448850634

EN Operating Instructions
Lunos® Prophy Paste Two in One
Neutral / Orange / Mint

„Two in One Prophy Paste" is available in the following variants:

Neutral (REF: CPZ7210A1901), without fluoride or flavouring agents
Orange (REF: CPZ7220A1901), without fluoride, contains limonene
Minze (REF: CPZ7230A1901), contains 679 ppm total fluoride (sodium fluoride) and peppermint oil

Product description
The „Two in One Prophy Paste" is a medical device. This product is only intended for professional dental applications and must be used by qualified dental personnel.
„Two in One Prophy Paste" is free of animal ingredients, gluten, lactose, fructose and microplastic.

Indication
To use is permissible only together with polishing instruments suitable for the prophylactic purpose
- for gentle removal of discoloration and plaque as well as subsequent polishing of supragingival tooth surfaces in a single process
- for preparation and cleaning of tooth surfaces prior to application of fluoride products, applications of bleaching products and cementation of prosthetic restorations such as inlays, onlays, crowns, veneers, etc.
- suitable for cleaning prior to application of orthodontic brackets and use of composite restoration materials. Here, the fluoride-free variants "Orange" or "Neutral" are to be used preferably.
- works on the innovative principle of "self-reduction". In other words, the initially larger rod-shaped polishing particles are reduced in size by chewing pressure and the polishing process. As a result, in a single process first the plaque is removed quickly and thoroughly in the first 10 seconds of cleaning, and immediately afterwards the supragingival tooth surfaces are gently smoothed and polished.

The „Two in One Prophy Paste" has an RDA of < 28* and is suitable for children and adolescents, provided a trained swallowing reflex is ensured.

Contraindications
„Two in One Prophy Paste" is are contraindicated in patients with known allergies to ingredients of the pastes (e.g. limonene; peppermint oil). If the patient has known allergies to limonene or peppermint oil, the "Neutral" variant of „Two in One Prophy Paste" is to be recommended.

Warning
Do not swallow. Avoid contact with the eyes. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water. Any serious occurrences that occur in connection with the product must be immediately reported to the manufacturer and the competent authority of your member state.

Precautions
Use suitable protective equipment when working with „Two in One Prophy Paste": patients and operators must wear eye protection, e.g. protective goggles.
The operator needs to wear suitable protective equipment in the form of mouth and nose protection and protective gloves.
„Two in One Prophy Paste" may only be used by appropriately trained dental specialists.
The "Mint" variant with fluoride does not replace a dedicated fluoride therapy if this is indicated. On the day of treatment with the "Mint" variant, do not use any other fluoride-containing products.
Prior to using fluorescence-based caries diagnosis equipment, the "Neutral" or "Orange" variants should be used, not the "Mint" variant.
Clean the surfaces of the dental unit with a moist cloth following contact with the Prophy Paste.

Preparation
For first application, the tamper-evident seal of the tube is to be removed. Squeeze out a sufficient amount of Prophy Paste into an application ring, e.g. Lunos® Prophy-Jet Ring, dispensing cup or similar vessel. Apply the Prophy Paste with a suitable polishing instrument and begin the polishing process. Please note that the self-reducing effect of the paste starts after approx. 10 seconds. Keep polishing until the polishing particles have broken down into fine particles, so that a smoothing effect can be achieved once the plaque has been removed.
Please make sure that there is always enough paste between polishing instrument and tooth, in order to avoid generating heat on the tooth. For this reason, please also take care to use the maximum recommended rotational speed range of the polishing instrument manufacturer. Please observe the directions for use of the device manufacturer.

Storage and shelf life
Please make sure that the tube is carefully closed again immediately after removal of paste, to prevent the paste from drying out.
Store in enclosed, well-ventilated rooms away from moisture and bright light between 0°C and 25°C. Keep out of direct sunlight. When the storage conditions are observed, the shelf life is 36 months, or 12 months after opening.

Disposal
Dispose of in accordance with the local official regulations.

Composition
Two in One Neutral: Silicates, glycerin, distilled water, hydroxyapatite, acidity regulator, preservatives (phenoxyethanol, parabens), thickening agent, emulsifying agent, colouring agents (C.I. 77891)
Two in One Orange: Silicates, glycerin, distilled water, hydroxyapatite, acidity regulator, preservatives (phenoxyethanol, parabens), thickening agent, emulsifying agent, colouring agents (C.I. 47005, C.I. 77891), or-ange flavouring (contains limonene)
Two in One Mint: Silicates, glycerin, distilled water, hydroxyapatite, acidity regulator, preservatives (phenoxyethanol, parabens), thickening agent, emulsifying agent, sodium fluoride (1500 ppm = 679 ppm F-), colouring agents (C.I. 42090, C.I. 47005, C.I. 77891), peppermint oil
* Method according to Stookey/Schemehorn with reference substance pumice stone for prophylaxis pastes (J Dent Res, 1979 58(2): p.588-592), relative RDA value in comparison to product „C" = RDA 27
Measurement results: Product „C" = 255 / Two in One = 260

DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd.
14 Linnell Way – Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northamptonshire, United Kingdom ☎ +44 1536526740

FR Notice d'utilisation
Lunos® Pâte de polissage Two in One
Neutre / Orange / Menthe

La « pâte de polissage Two in One » est disponible dans les variantes suivantes:

Neutre (REF: CPZ7210A1901), sans fluor, sans arômes
Orange (REF: CPZ7220A1901), sans fluor, contient du limonène
Menthe (REF: CPZ7230A1901), contient 679 ppm de fluorure total (fluorure de sodium) et d'huile essentielle de menthe poivrée

Description du produit
La « pâte de polissage Two in One » est un produit médical. Ce produit est uniquement destiné à un usage professionnel en médecine dentaire et doit être appliqué exclusivement par un personnel qualifié.
La « pâte de polissage Two in One » est exempte d'ingrédients d'origine animale, de gluten, de lactose, de fructose et de microplastiques.

Indication
- ne peut être utilisée qu'avec des instruments de polissage adaptés à la prophylaxie
- pour l'élimination en douceur des taches et de la plaque dentaire suivie du polissage de la surface supragingivale en une seule étape de travail
- pour la préparation et le nettoyage de la surface dentaire avant l'application de préparations fluorées, l'application de produits de blanchiment et la fixation de prothèses fixes telles que les inlays, onlays, couronnes, facettes, etc.
- Convient pour le nettoyage avant le collage de bagues orthodontiques et la fixation de restaurations en composite. Ici, il est conseillé de privilégier les variantes sans fluore « Orange » ou « Neutre ».
- fonctionne selon le principe innovant de la « réduction spontanée ». Ce qui signifie que la taille des particules de polissage initialement en forme de bâtonnets, plus importants au début, se réduit et que les particules se brisent pendant le polissage. Ainsi, la plaque dentaire peut être rapidement retirée en une seule étape pendant les 10 premières secondes du nettoyage, et l'étape de lissage ou de polissage doux de la surface supragingivale peut être effectuée immédiatement après.

La « pâte de polissage Two in One » présente un indice RDA < 28* et convient aux enfants et aux adolescents, à condition que le personnel qualifié assure un contrôle suffisant sont garanti.

Contre-indications
Les « pâtes de polissage Two in One » sont contre-indiquées chez les patients souffrant d'allergies connues aux composants des pâtes (p. ex., limonène, huile essentielle de menthe poivrée). S'il y a des allergies connues au limonène ou à l'huile essentielle de menthe poivrée, il est recommandé d'utiliser la version « Neutre » de la « pâte de polissage Two in One ».

Avertissement
Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Tout incident grave lié au produit doit être signalé rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

Mesures de précaution
Lors du traitement avec la « pâte de polissage Two in One », veiller à porter un équipement de protection adapté : le patient et le dentiste doivent porter une protection oculaire adéquate, p. ex., des lunettes de protection.
Le dentiste doit porter un équipement de protection adéquat sous forme d'un masque buccal et nasal ainsi que des gants.
La « pâte de polissage Two in One » doit être appliquée exclusivement par un personnel qualifié et dûment formé à cet effet.
La variante « Menthe » contenant du fluor ne remplace pas le recours à une fluoration spécifique, lorsque celle-ci est indiquée. Du point de vue du traitement, il est préférable d'éviter d'autres produits contenant du fluor le même jour que le traitement avec la version « Menthe ».
Avant la fluorescence, il faut utiliser les variantes « Neutre » ou « Orange » et non la variante « Menthe ».
Nettoyer la surface dentaire avec une lingette après l'application de la pâte de polissage.

Préparation du travail
Le sceau d'origine doit être retiré du tube lors de la première application. Prélever une quantité suffisante de pâte à polir dans un anneau d'application, par exemple, l'anneau prophylactique Lunos®, godet Dappen ou tout autre récipient adapté. Appliquer la pâte à polir avec l'instrument de polissage approprié et commencer le processus de polissage. Veuillez noter que l'effet de réduction spontanée de la pâte intervient au bout d'environ 10 secondes. Poursuivre le processus de polissage jusqu'à ce que se soient réduites afin d'obtenir un effet brillant après le retrait de la couche.
Veillez à ce qu'il y ait toujours une quantité suffisante de pâte de polissage sur l'instrument de polissage et sur la dent afin d'éviter de provoquer un échauffement de la dent. Pour cette raison, veillez également à ce que la plage de vitesse de rotation maximale recommandée par le fabricant de l'instrument de polissage. Respectez la notice d'utilisation du fabricant.

Stockage et durée de conservation
Veillez à refermer soigneusement les tubes immédiatement après prélèvement de la pâte afin d'éviter que la pâte ne sèche.
Stocker dans des endroits fermés et bien ventilés, en évitant l'humidité et la lumière intense, entre 0°C et 25°C. Protéger des rayons directs du soleil. Si les conditions de stockage sont respectées, la durée de conservation est de 36 mois et de 12 mois après ouverture.

Élimination
Élimination conformément aux prescriptions locales réglementaires.

Composition
Two in One Neutre: silicates, glycérine, eau distillée, hydroxyapatite, correcteur d'acidité, conservateurs (phénoxyéthanol, parabène), épaississant, émulsifiant, colorants (C.I. 77891)
Two in One Orange: silicates, glycérine, eau distillée, hydroxyapatite, correcteur d'acidité, conservateurs (phénoxyéthanol, parabène), épaississant, émulsifiant, fluor de sodium (1 500 ppm = 679 ppm F-), colorants (C.I. 42090, C.I. 47005, C.I. 77891) huile essentielle de menthe poivrée
* Méthode de Stookey / Schemehorn avec comme substance de référence de la pierre ponce pour les pâtes prophylactiques (J Dent Res, 1979 58(2): p. 588-592) valeur RDA relative par rapport au produit « C » = RDA 27
Résultats des mesures : produit « C » = 255 / Two in One = 260

DÜRR DENTAL FRANCE, 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France ☎ +33 155691150
DÜRR DENTAL BENELUX BVBA, Moldenheidlaan 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616277

IT Istruzioni d'uso
Lunos® Pasta lucidante Two in One
Neutro / Arancia / Menta

La "pasta lucidante Two in One" è disponibile nelle seguenti varianti:

Neutro (REF: CPZ7210A1901), senza fluoro, senza aromi
Arancia (REF: CPZ7220A1901), senza fluoro, contiene limonene
Menta (REF: CPZ7230A1901), contiene 679 ppm di fluoro totale (fluoruro di sodio) ed olio essenziale di menta piperita

Descrizione del prodotto
La "pasta lucidante Two in One" è un dispositivo medico. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale in odontoiatria e deve essere utilizzato esclusivamente da personale tecnico specializzato!
La "pasta lucidante Two in One" è priva di ingredienti di origine animale, glutine, lattosio, fruttosio e microplastiche.

Indicazioni
- Da usare esclusivamente con strumenti di lucidatura adeguati alla profilassi
- Per la rimozione delicata di macchie e placca e successiva lucidatura della superficie sopragengivale dei denti in un unico passaggio
- Per la preparazione e pulizia delle superfici dentarie prima dell'applicazione di preparati contenenti fluoro o prepara-ti di sbiancamento, eseguire restauri in composito o impiegare protesi fisse come ad es. inlay, onlay, corone, faccette, ecc.

Adatta per la pulizia prima dell'applicazione di bracket ortodontici e l'inserimento di restauri in composito. In questo caso si dovrebbero preferire le varianti senza fluoro "Arancia" o "Neutro".

- funziona in base al principio innovativo di "autoriduzione". Cioè, le particelle di lucidatura inizialmente più grandi, a forma di bastoncino, diventano più piccole e si rompono durante il processo di lucidatura. In questo modo, la placca può essere rapidamente e completamente rimossa nei primi 10 secondi di pulizia in un unico passaggio di lavoro, seguito immediatamente da una delicata levigatura o lucidatura della superficie sopragengivale del dente.

La "pasta lucidante Two in One" ha un valore RDA <28* ed è adatta ai bambini e agli adulti purché sia garantito un riflesso della deglutizione ben sviluppato.

Controindicazioni
Le "paste lucidanti Two in One" sono controindicate nei pazienti con allergie note agli ingredienti delle paste (ad es. limonene, essenza di menta piperita). In presenza di allergia nota al limonene o alla menta piperita, si raccomanda l'uso della variante "Neutro" della "pasta lucidante Two in One".

Avvertenza
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua. Tutti gli eventi gravi verificatisi in relazione al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro.

Precauzioni
Quando si lavora con la "pasta lucidante Two in One", occorre utilizzare dispositivi di protezione adeguati. Segnatamente, il paziente e l'operatore devono indossare un'adeguata protezione per gli occhi, ad es. occhiali di protezione.
L'operatore deve indossare un'adeguata attrezzatura di protezione, come una mascherina che protegga bocca e naso e guanti di protezione.
La "pasta lucidante Two in One" deve essere utilizzata da personale odontoiatrico qualificato adeguatamente preparato.
La variante "Menta" non sostituisce l'uso di una terapia speciale al fluoro quando questa è indicata. Il giorno del trattamento con la variante "Menta", non effettuare ulteriori applicazioni di prodotti contenenti fluoro.
Prima di utilizzare la diagnostica delle carie basata sulla fluorescenza, non utilizzare la variante "Menta", ma in alternativa la variante "Neutro" o "Arancia".
In seguito al contatto con la pasta lucidante, pulire le superfici del riunito dentale con un panno umido.

Procedura
Rimuovere il sigillo di garanzia posto sul tubo prima del primo utilizzo. Prelevare la pasta lucidante in quantità sufficiente e inserirla in un applicatore ad anello, ad es. il Lunos® Anello per la profilassi, un dappen o un contenitore simile adeguato. Prelevare la pasta lucidante con un manipolo per lucidatura idoneo e procedere alla lucidatura. Si tenga presente che l'effetto di autoriduzione della pasta si verifica dopo circa 10 secondi. Continuare la lucidatura fino a quando le particelle di lucidatura non si siano assottigliate, in modo da ottenere un effetto di levigazione dopo la rimozione della placca dentale.
Tenere presente che, al fine di evitare lo sviluppo di calore sul dente, sulla strumentazione di lucidatura ci deve sempre essere sempre una quantità sufficiente di pasta lucidante. Pertanto, fare inoltre attenzione a non superare il numero massimo di giri raccomandato dal produttore della strumento di lucidatura. Osservare le relative istruzioni per l'uso del produttore.

Immagazzinaggio e durata
Assicurarsi di richiudere con cura i tubi immediatamente dopo aver prelevato la pasta, in modo da evitare che si secchi.
Conservare in locali chiusi e ventilati, evitando l'umidità e la luce intensa tra 0 °C e 25 °C. Proteggere dai raggi diretti del sole. Se le condizioni di conservazione sono rispettate, la durata di conservazione è di 36 mesi e 12 mesi dopo l'apertura.

Smaltimento
Smaltire secondo le normative locali ufficiali.

Composizione
Two in One Neutro: silicati, glicerina, acqua distillata, idrossiapatite, regolatore di acidità, conservanti (fenossietanolo, parabeni), addensante, emulsionante, colorante (C.I. 77891)
Two in One Arancia: silicati, glicerina, acqua distillata, idrossiapatite, regolatore di acidità, conservanti (fenossietanolo, parabeni), addensante, emulsionante, coloranti (C.I. 47005, C.I. 77891), aroma di arancia (contiene limonene)
Two in One Menta: silicati, glicerina, acqua distillata, idrossiapatite, regolatore di acidità, conservanti (fenossietanolo, parabeni), addensante, emulsionante, fluoruro di sodio (1500 ppm = 679 ppm F-), coloranti (C.I. 42090, C.I. 47005, C.I. 77891), olio essenziale di menta piperita
* Metodo di Stookey/Schemehorn con pietra pomice per paste per profilassi come sostanza di riferimento (J Dent Res, 1979 58(2): pag. 588-592) valore RDA relativo rapportato al prodotto „C" = RDA 27
Risultati di misura: prodotto „C" = 255 / Two in One = 260

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell'Artigianato 1, 20053 Muggiò (MI), Italy ☎ +39 039597300

ES Instrucciones de uso
Lunos® Pasta pulidora Two in One
Neutral / Naranja / Menta

La "Pasta pulidora Two in One" está disponible en las siguientes variantes:

Neutral (REF: CPZ7210A1901), sin fluoruro, sin aromas
Naranja (REF: CPZ7220A1901), sin fluoruro, contiene limoneno
Menta (REF: CPZ7230A1901), contiene 679 ppm de fluoruro total (fluoruro de sodio) y esencia de menta piperita

Descripción del producto
La "Pasta pulidora Two in One" es un producto sanitario. Este producto está destinado únicamente para la aplicación odontológica profesional y solo debe ser utilizado por personal técnico cualificado.
La "Pasta pulidora Two in One" está libre de sustancias de origen animal, gluten, lactosa, fructosa y microplásticos.

Indicación
- solo se puede utilizar con instrumentos de pulido aptos para la profilaxis
- para la eliminación suave de manchas y placas así como el pulido a continuación de las superficies dentales supragingivales en un paso de trabajo
- para la preparación y limpieza de superficies dentales antes de la aplicación de preparados de fluoruro, la aplicación de preparados de blanqueamiento y la colocación de prótesis fijas como p. ej. inlays, onlays, coronas, carillas etc.
- para la limpieza antes de la colocación de brackets ortodónticos y la colocación de restauraciones de composite. Aquí se deben preferir las variantes sin fluoruro "naranja" o "neutral".
- trabaja con el principio innovador de la "autorreducción". Esto significa que las partículas de pulido en forma de varilla más grandes al principio se reducen y se rompen durante el proceso de pulido. De esta manera se puede eliminar la placa rápida y profundamente en un paso de trabajo en los primeros 10 segundos y, a continuación, alisar o pulir cuidadosamente las superficies dentales supragingivales.

La "Pasta pulidora Two in One" presenta un RDA de < 28* y es adecuada para niños y adultos siempre que esté garantizado que el reflejo de deglución esté bien desarrollado.

Contraindicaciones
Las "pastas pulidoras Two in One" están contraindicadas en pacientes con alergias conocidas a ingredientes de las pastas (p. ej. limoneno, esencia de menta). En caso de alergias conocidas al limoneno o a la esencia de menta, se recomienda la variante "neutral" de la "Pasta pulidora Two in One".

Advertencia
No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro.

Medidas de precaución
Al trabajar con la "Pasta pulidora Two in One" se debe tener en cuenta el uso del equipo adecuado de protección: el paciente y la persona que realice el tratamiento deben usar una protección ocular adecuada, p. ej. gafas de protección.
La persona que realice el tratamiento debe usar un equipo de protección personal adecuado en forma de protección bucal y nasal así como de bata y guantes de protección.
La "Pasta pulidora Two in One" solo puede ser utilizada por personal especializado en odontología debidamente formado.
La variante "menta" con fluoruro no sustituye la aplicación de una terapia de fluoruro cuando esta terapia esté indicada. El día del tratamiento con la variante "menta" no debe utilizar ningún producto adicional que contenga fluoruro.
Antes de la aplicación de un diagnóstico de caries basado en fluorescencia, no se debe utilizar la variante "menta", sino como alternativa la variante "neutral" o "naranja".
Limpiar las superficies de la unidad dental tras el contacto de la pasta pulidora con un paño húmedo.

Preparación del trabajo
Retirar el precinto de seguridad del tubo al usar por primera vez. Tomar una cantidad suficiente de la pasta pulidora y colocarla en un anillo de aplicación, p. ej. el anillo de profilaxis Lunos® Prophylaxering, un vaso o un recipiente similar adecuado. Tomar la pasta pulidora con un instrumento de pulido adecuado e iniciar el proceso de pulido. Tenga en cuenta que el efecto autoreductor de la pasta se produce después de aprox. 10 segundos. Pula hasta que las partículas se hayan refinado, de manera que pueda producirse un efecto alisador tras la eliminación de la placa.
Tenga en cuenta, para evitar que se caliente el diente, que siempre haya suficiente pasta pulidora entre el instrumento de pulido y el diente. Por este motivo, también debe tener en cuenta no exceder el número máximo de revoluciones recomendado por el fabricante. Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante.

Almacenamiento y durabilidad
Tenga en cuenta cerrar de nuevo los tubos con cuidado inmediatamente después de tomar la pasta para evitar que esta se seque.
Almacene en espacios cerrados, ventilables, evitando la humedad y la luz intensa entre 0 °C y 25 °C. Proteger de la radiación solar directa. La durabilidad es de 36 meses, tras la apertura, de 12 meses si se cumplen las condiciones de almacenamiento.

Eliminación
Eliminación conforme a la normativa local oficial.

Composición
Two in One neutral: silicatos, glicerina, agua dest., hidroxiapatita, regulador de acidez, conservante (fenoxietanol, parabeno), agluti-nante, emulgador, colorantes (C.I. 77891)
Two in One naranja: Silicatos, glicerina, agua dest., hidroxiapatita, regulador de acidez, conservantes (fenoxietanol, parabeno), aglutinante, emulgador, fluoruro de sodio (1500 ppm = 679 ppm F-), colorantes (C.I. 42090, C.I. 47005, C.I. 77891), esencia de naranja (contiene limoneno)
Two in One menta: Silicatos, glicerina, agua dest., hidroxiapatita, regulador de acidez, conservantes (fenoxietanol, parabeno), aglutinante, emulgador, fluoruro de sodio (1500 ppm = 679 ppm F-), colorantes (C.I. 42090, C.I. 47005, C.I. 77891), esencia de menta piperita
* Método de acordo com Stookey/Schemehorn com substância de referên-cia pedra-pomes para pastas profiláticas (J Dent Res. 1979 58(2): p.588-592) valor de RDA relativo em comparação com produto „C" = RDA 27
Resultados de medição produto „C" = 255 / Two in One = 260

Distribuído em Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S.A.
Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Vallès (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

NL Gebruikshandleiding
Lunos®-Polijstpasta Two in One
Neutraal / Sinaasappel / Peermunt

De Polijstpasta Two in One is verkrijgbaar in de volgende varianten:

Neutraal (REF: CPZ7210A1901), zonder fluoride, zonder aromastoffen
Sinaasappel (REF: CPZ7220A1901), zonder fluoride, bevat limonene
Munt (REF: CPZ7230A1901), bevat 679 ppm totaal fluoride (natriumfluoride) en pepermunt

Productbeschrijving
De 'Polijstpasta Two in One' is een medisch hulpmiddel. Dit product is uitsluitend bestemd voor professionele tandheelkundige toepassingen en mag alleen door geschoold personeel worden toegepast!
De 'Polijstpasta Two in One' bevat geen dierlijke ingrediënten, gluten, lactose, fructose en microplastic.

Indicatie
- mag alleen samen met voor de profylaxe geschikte polijstinstrumenten worden gebruikt
- voor de beheerzame verwijdering van verkleuringen en plaque en tevens voor het aansluitend polijsten van supragingivale oppervlakken van gebitselementen in één werkgang
- voor het voorbereiden en reinigen van oppervlakken van gebitselementen vóór het aanbrengen van fluoridepreparaten, bleachingpreparaten en het plaatsen van vaste prothetische voorzieningen zoals bijv. inlays, onlays, kronen, veneers etc.
- Geschikt voor het reinigen vóór het aanbrengen van orthodontische brackets en het plaatsen van composietrestauraties. Hier dient de voorkeur te worden gegeven aan de fluoridevrije varianten 'Sinaasappel' of 'Neutraal'.
- werkt volgens het innovatieve principe van de 'zelfreductie'. D.w.z. de aanvankelijk grotere polijstdeeltjes in de vorm van staafjes worden door kauwdruk en beweging in fijnere polijstdeeltjes verdeeld. Hierdoor kan in één bewerking tijdens de eerste 10 seconden van de reiniging snel en grondig plaque worden verwijderd. Direct daarna kan dan het supragingivale oppervlak van het element zonder beschadiging glad worden gemaakt en gepolijst.

De 'Polijstpasta Two in One' heeft een RDA van < 28* en is geschikt voor kinderen en volwassenen, indien er een ontwikkelde slikreflex gegarandeerd is.

Contra-indicaties
Polijstpasta Two in One' zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met bekende allergieën voor de bestanddelen van de pasta's (bijv. limonene, pepermuntolie). Als er sprake is van bekende allergieën voor limonen of pepermuntolie, wordt de variant 'Neutraal' van de 'Polijstpasta Two in One' aanbevolen.

Waarschuwing
Niet inslikken. Contact met de ogen vermijden. Bij contact met de ogen het product met overvloedig water uitspoelen. Alle belangrijke gebeurtenissen die samenhangen met het gebruik van het product, dienen direct gemeld te worden aan de fabrikant en de bevoegde instantie van uw lidstaat.

Voorzorgsmaatregelen
Bij gebruik bij het werken met 'Polijstpasta Two in One " een geschikte beschermende uitrusting: patiënt en behandelaar moeten een geschikte oogbescherming, bijv. veiligheidsbril, dragen.
De behandelaar moet een geschikte beschermende uitrusting, in de vorm van een mond- en neusmasker en beschermende handschoenen.
De 'Polijstpasta Two in One mag alleen worden gebruikt door daartoe opgeleid tandheelkundig vakpersoneel.
De variant 'Munt' met fluoride is geen vervanging voor een speciale fluoridebehandeling, als deze is geïndiceerd. Op de dag van de behandeling met de variant 'Munt' mogen geen andere fluoridehoudende producten worden gebruikt.
Voor het toepassen van een op fluorescentie gebaseerde cariësdiagnostiek mag niet de variant 'Munt' worden gebruikt, maar in plaats daarvan de variant 'Neutraal' of 'Sinaasappel'.
Reinig de oppervlakken van de tandheelkundige unit na contact met de polijstpasta met een vochtige doek.

Voorbereiding
Verwijder bij het eerste gebruik de verzegelde sluiting van de tube. Neem een voldoende hoeveelheid polijstpasta uit en breng deze op de pasta in een applicatiering, bijv. de Lunos® profylaxering, een dappenglaasje of soortgelijke houder. Neem de polijstpasta met een geschikt polijstinstrument op en begin met polijsten. Houd er rekening mee het zelfreducerende effect van de pasta na ca. 10 seconden begint. Polijst zo lang tot de polijstdeeltjes fijner zijn geworden, zodat er na het verwijderen van de plaque een gladmakend effect kan ontstaat.
Zorg dat er steeds voldoende polijstpasta tussen polijstinstrument en gebitselement aanwezig is om oververhitting van het gebitselement te voorkomen. Let er om dezelfde reden ook op dat het door de fabrikant van het polijstinstrument maximaal aanbevolen toerental niet wordt overschreden wordt. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het apparaat op.

Opslag en houdbaarheid
Zorg dat u de tubes nadat u de pasta er heeft uitgehaald direct goed sluit, om te voorkomen dat de pasta uitdroogt.
Bewaar het product in gesloten, ventileerbare ruimtes bij een temperatuur van 0 °C tot 25 °C en vermijd vocht en intensief licht. Buiten bereik van direct zonlicht bewaren. Bij inachtneming van de toelaatbare opslagvoorwaarden bedraagt de houdbaarheid 36 maanden, na opening 12 maanden.

Afvoer
Gooi het product weg volgens de lokale, geldende voorschriften.

Samenstelling
Two in One Neutraal: silicaten, glycerine, aqua dest., hydroxyapatiet, zuurregelaar, conserveringsmiddel (fenoxyethanol, PHB-ester), verdikkingsmiddel, emulgator, kleurstoffen (C.I. 77891).
Two in One Orange: silicaten, glycerine, aqua dest., hydroxyapatiet, zuurregelaar, conserveringsmiddel (fenoxyethanol, PHB-ester), verdikkingsmiddel, emulgator, kleurstoffen (C.I. 47005, C.I. 77891), sinaasappelaroma (bevat limoneen)
Two in One Munt: silicaten, glycerine, aqua dest., hydroxyapatiet, zuurregelaar, conserveringsmiddel (fenoxyethanol, PHB-ester), verdikkingsmiddel, emulgator, natriumfluoride (1500 ppm = 679 ppm F-), kleurstoffen (C.I. 42090, C.I. 47005, C.I. 77891), pepermuntolie
* Methode volgens Stookey/Schemehorn met referentiesubstantie puimsteen voor profylaxepasta's (J Dent Res, 1979 58(2): p.588-592) relatieve RDA-waarde in vergelijking met product „C" = RDA 27
Meetresultaten product „C" = 255 / Two in One = 260

SV Bruksanvisning
Lunos® Poleripasta Two in One
Neutral / Citrus / Mint

Poleripasten "Two in One" finns i följande varianter:

Neutral (REF: CPZ7210A1901), utan fluorid och

Przygotowanie do pracy
Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie ochronne taśmy. Pobrać wystarczającą ilość pasty polerującej i umieścić w pierścieniu aplikacyjnym, np. pierścieniu profilaktycznym Lunos®, naciągu do mieszania lub podobnym odpowiednim pojemniku. Pobrać pastę polerującą odpowiednim instrumentem polerującym i rozpocząć polerowanie. Należy zwrócić uwagę, że efekt samoredukcji pasty występuje po ok. 10 sekundach. Należy polerować tak długo, aż cząteczki polerujące ulegną zmniejszeniu, stanie się one usypiskowo osadzi mógł pojawić się efekt wygładzenia.
Należy zwracać uwagę, że między instrumentem polerującym a zębem musi zawsze znajdować się wystarczająca ilość pasty polerującej, aby zapobiec powstawaniu ciepła na zębie. Typowy powodu należy stosować zawsze nowe, świeże uzupełnienia maksymalnej zalecanej prędkości obrotowej podanej przez producenta urządzenia do polerowania. Należy przestrzegać instrukcji użycia podanej przez producenta urządzenia.
Magazynowanie i termin przydatności
Należy zwracać uwagę, aby strzykawkom po pastami z powrotem zamykać dokładnie tuby, aby uniknąć wyschnięcia pasty.
Przechowywać w zamkniętych, wentylowanych pomieszczeniach, chroniąc przed wilgocią i intensywnym światłem, w temperaturze 0°C-25°C. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W optymalnych warunkach przechowywania termin przydatności wynosi 36 miesięcy, po pierwszym otwarciu 12 miesięcy.
Usuwanie
Usuwanie zgodnie z lokalnymi przepisami urzędowymi.

Składnik
Tan in One Nawilżenie: krzemiany, gliceryna, woda destylowana, hydroksyapatyt, regulator kwasowości, środek konserwujący (fenoksyetanol, PHB ester), pachnidła, emulgator, barwniki (CI. 77891)
Tan in One Pomarańczowe: krzemiany, gliceryna, woda destylowana, hydroksyapatyt, regulator kwasowości, środek konserwujący (fenoksyetanol, ester PHB), zagęszczenie, emulgator, barwniki (CI. 47005, CI. 77891), aromat pomarańczowy (zakres zapachowy)
Tan in One Miętowe: krzemiany, gliceryna, woda destylowana, hydroksyapatyt, regulator kwasowości, środek konserwujący (fenoksyetanol, ester PHB), zagęszczenie, emulgator, fluorek sodu (1500 ppm = 679 ppm F-), barwniki (CI. 42090, CI. 47005, CI. 77891), olejek z mięty pieprzowej
* Metoda wg. Stookey/Schermehorn: różnica zębów substancją referencyjną dla past do profilaktyki (J Dent Res, 1979 58(2): str.588-592) względna wartość RDA w porównaniu do pasty Lunos® = 100
Wyniki pomiarów: pH„C" = 255 / Two in One = 260

CS Návod k použití
Lunos® Leštiaca pasta Two in One Neutrálni / Pomaranč / Máta

Leštiaci pasta Two in One je dostupná v následujících variantách:
Neutrální (REF: CP27TA01901), bez fluoridu, bez aromatických látek
Pomaranč (REF: CP27OA01901), bez fluoridu, obsahuje aroma
Máta (REF: CP27OM01901), obsahuje 679 ppm celkového fluoridu (fluorid sodný) a mátovú vôňu

Popis výrobku
Leštiaci pasta Two in One je zdravotnícka pomôcka. Tento výrobok je určený len k profesionálnemu zubolekárskemu použitiu a smie ho používať iba kvalifikovaný zubný lekár.
Leštiaca pasta Two in One® neobsahuje žiadne obsahové látky živočíšneho pôvodu, gluténu, laktózu, hrubozrnného a mikroplastiku.
Indikácia
- smie sa nasadiť iba pri profylaxii vzhľadom ich leštiacim mätonom
- K ľahšiemu zapracovaniu mäkkých zubných povlakov pri použití ručných nástrojov alebo rotačných zubných prvkov, ako aj k následnému leštiteniu supragingiválnych zubných povrchov pri profylaktickom ošetrení zubného kmeňa.
- K príprave a čisteniu zubných protetických prác pred aplikáciou fluoridových prípravkov, aplikáciou bielidiel alebo prípravou a pred nasadením pevne sediacej protetickej, ako napr. inlejí, onlejí, korunky, fazety atď.
- Pri použití s čistiacou profylaktickou prírodnou ortodontických zámkov a nasadením kompozitných výplní. Tu je treba uprednostniť bezfluoridové varianty „Pomarančovú" alebo „Neutrálnu".
- Pracuje sa tiež inovatívnemu princípu „samoredukcie". To znamená, že spočiatku sa počas leštenia väčšie leštiace partikuly tvaru tyčiniek zmenšia a rozmelia. Tak sa môže v priebehu leštenia vždy použiť menší a hladší povrch. Tým sa dosiahne optimálne a bezpoistredne nato vykonané leštenie bez ďalšieho leštenia.

Kontraindikácie
Leštiaca pasta Two in One® nesmie byť použitá v prípade:
- K prípravám s čistiacou zubnou protézou pred aplikáciou fluoridových prípravkov, aplikáciou bielidiel alebo prípravou a pred nasadením pevne sediacej protetickej, napr. inlejí, onlejí, korunky, fazety atď.
- Pri použití s čistiacou profylaktickou prírodnou ortodontických zámkov a nasadením kompozitných výplní. Tu je treba uprednostniť bezfluoridové varianty „Pomarančovú" alebo „Neutrálnu".
- Pracuje sa tiež inovatívnemu princípu „samoredukcie". To znamená, že spočiatku sa počas leštenia väčšie leštiace partikuly tvaru tyčiniek zmenšia a rozmelia. Tak sa môže v priebehu leštenia vždy použiť menší a hladší povrch. Tým sa dosiahne optimálne a bezpoistredne nato vykonané leštenie bez ďalšieho leštenia.

Upozornenie
Nepoužívajte. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami sa musia oči vyplachovať hojnými množstvom vody. Všetky závažné príhody súvisiace s týmto výrobkom sa musia bezodkladne oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu jeho členského štátu.
Bezpečnostné opatrenia
Pri práci s „Leštiacou pastou Two in One" dbajte na vhodný ochranný výstroj. Počas a ošetrujúci lekár musia nosiť ochranné okuliare, aby nedošlo k poškodeniu očí.
Odporúča sa tiež nosiť ochranné rukavice, aby nedošlo k podráždeniu pokožky.
Pracovné miesto musí byť dobre vetrané.
Skladovanie a maximálna trvanlivosť
Dbajte, prosím, na to, aby ste tuby hneď po prevzatí pasty opäť starostlivo zatvorili, aby nedošlo k vysychaniu pasty.
Skladujte v uzavretých, vetrateľných miestnostiach, prísom sa vyhnajte vlhkosti a intenzívnemu svetlu, skladujte pri teplote 0°C až 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok je doba použiteľnosti 36 mesiacov, po otvorení doba 12 mesiacov.
Likvidácia odpadu
Likvidujte podľa miestnych úradných predpisov.
Zloženie
Two in One Neutrálna: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, farbivo (CI. 77891)
Two in One Pomarančová: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, farbivá (CI. 47005, CI. 77891), pomarančová aróma (obsahuje limonén)
Two in One Mätová: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, fluorid sodný (1500 ppm = 679 ppm F-), farbivá (CI. 42090, CI. 47005, CI. 77891), mätový olej

Lékařské nástroje by měly být používány pouze v souladu s účelem jejich použití. Pokud se nástroje používají k jiným účelům, než pro které jsou určeny, může dojít k poškození nástroje a ohrožení pacienta.
Nepoužívejte nástroje, které jsou poškozené nebo vykazují známky opotřebení. Poškozené nástroje mohou být nebezpečné a mohou způsobit zranění pacienta.
Nástroje by měly být pravidelně kontrolovány a udržovány v dobrém stavu. To zahrnuje pravidelné čištění, mazání a výměnu opotřebených částí.
Nástroje by měly být používány pouze kvalifikovanými a proškolenými osobami. Tyto osoby by měly být seznámeny s bezpečnými postupy používání nástrojů a měly by být schopny je používat správným způsobem.
Nástroje by měly být používány v souladu s platnými předpisy a normami. To zahrnuje předpisy týkající se bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady.
Nástroje by měly být používány v souladu s pokyny výrobce. To zahrnuje pokyny týkající se čištění, údržby a skladování nástrojů.
Nástroje by měly být používány v souladu s dobrou praxí. To zahrnuje používání nástrojů pouze k účelům, pro které jsou určeny, a používání nástrojů způsobem, který minimalizuje riziko poškození nástroje nebo pacienta.

Kontraindikácie
Leštiaca pasta Two in One® nesmie byť použitá v prípade:
- Pri použití s čistiacou profylaktickou prírodnou ortodontických zámkov a nasadením kompozitných výplní. Tu je treba uprednostniť bezfluoridové varianty „Pomarančovú" alebo „Neutrálnu".
- Pracuje sa tiež inovatívnemu princípu „samoredukcie". To znamená, že spočiatku sa počas leštenia väčšie leštiace partikuly tvaru tyčiniek zmenšia a rozmelia. Tak sa môže v priebehu leštenia vždy použiť menší a hladší povrch. Tým sa dosiahne optimálne a bezpoistredne nato vykonané leštenie bez ďalšieho leštenia.

Upozornenie
Nepoužívajte. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami sa musia oči vyplachovať hojnými množstvom vody. Všetky závažné príhody súvisiace s týmto výrobkom sa musia bezodkladne oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu jeho členského štátu.
Bezpečnostné opatrenia
Pri práci s „Leštiacou pastou Two in One" dbajte na vhodný ochranný výstroj. Počas a ošetrujúci lekár musia nosiť ochranné okuliare, aby nedošlo k poškodeniu očí.
Odporúča sa tiež nosiť ochranné rukavice, aby nedošlo k podráždeniu pokožky.
Pracovné miesto musí byť dobre vetrané.
Skladovanie a maximálna trvanlivosť
Dbajte, prosím, na to, aby ste tuby hneď po prevzatí pasty opäť starostlivo zatvorili, aby nedošlo k vysychaniu pasty.
Skladujte v uzavretých, vetrateľných miestnostiach, prísom sa vyhnajte vlhkosti a intenzívnemu svetlu, skladujte pri teplote 0°C až 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok je doba použiteľnosti 36 mesiacov, po otvorení doba 12 mesiacov.
Likvidácia odpadu
Likvidujte podľa miestnych úradných predpisov.
Zloženie
Two in One Neutrálna: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, farbivo (CI. 77891)
Two in One Pomarančová: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, farbivá (CI. 47005, CI. 77891), pomarančová aróma (obsahuje limonén)
Two in One Mätová: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, fluorid sodný (1500 ppm = 679 ppm F-), farbivá (CI. 42090, CI. 47005, CI. 77891), mátový olej

SK Návod na použitie
Lunos® Leštiaca pasta Two in One Neutrálna / Pomarančová / Mäta

„Leštiaca pasta Two in One" je k dispozícii v nasledujúcich obmenách:
Neutrálna (REF: CP27TA01901), bez fluoridu, bez aromatických látok
Pomarančová (REF: CP27OA01901), bez fluoridu, obsahuje aróma
Mätová (REF: CP27OM01901), obsahuje 679 ppm celkového fluoridu (fluorid sodný) a mätovú vôňu

Popis výrobku
„Leštiaca pasta Two in One" je zdravotnícka pomôcka. Tento výrobok je určený len k profesionálnemu zubolekárskemu použitiu a smie ho používať iba kvalifikovaný zubný lekár.
„Leštiaca pasta Two in One" neobsahuje žiadne obsahové látky živočíšneho pôvodu, gluténu, laktózu, hrubozrnného a mikroplastiku.
Indikácia
- smie sa nasadiť iba pri profylaxii vzhľadom ich leštiacim mätonom
- K ľahšiemu zapracovaniu mäkkých zubných povlakov pri použití ručných nástrojov alebo rotačných zubných prvkov, ako aj k následnému leštiteniu supragingiválnych zubných povrchov pri profylaktickom ošetrení zubného kmeňa.
- K príprave a čisteniu zubných protetických prác pred aplikáciou fluoridových prípravkov, aplikáciou bielidiel alebo prípravou a pred nasadením pevne sediacej protetickej, napr. inlejí, onlejí, korunky, fazety atď.
- Pri použití s čistiacou profylaktickou prírodnou ortodontických zámkov a nasadením kompozitných výplní. Tu je treba uprednostniť bezfluoridové varianty „Pomarančovú" alebo „Neutrálnu".
- Pracuje sa tiež inovatívnemu princípu „samoredukcie". To znamená, že spočiatku sa počas leštenia väčšie leštiace partikuly tvaru tyčiniek zmenšia a rozmelia. Tak sa môže v priebehu leštenia vždy použiť menší a hladší povrch. Tým sa dosiahne optimálne a bezpoistredne nato vykonané leštenie bez ďalšieho leštenia.

Kontraindikácie
Leštiaca pasta Two in One® nesmie byť použitá v prípade:
- Pri použití s čistiacou profylaktickou prírodnou ortodontických zámkov a nasadením kompozitných výplní. Tu je treba uprednostniť bezfluoridové varianty „Pomarančovú" alebo „Neutrálnu".
- Pracuje sa tiež inovatívnemu princípu „samoredukcie". To znamená, že spočiatku sa počas leštenia väčšie leštiace partikuly tvaru tyčiniek zmenšia a rozmelia. Tak sa môže v priebehu leštenia vždy použiť menší a hladší povrch. Tým sa dosiahne optimálne a bezpoistredne nato vykonané leštenie bez ďalšieho leštenia.

Upozornenie
Nepoužívajte. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami sa musia oči vyplachovať hojnými množstvom vody. Všetky závažné príhody súvisiace s týmto výrobkom sa musia bezodkladne oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu jeho členského štátu.
Bezpečnostné opatrenia
Pri práci s „Leštiacou pastou Two in One" dbajte na vhodný ochranný výstroj. Počas a ošetrujúci lekár musia nosiť ochranné okuliare, aby nedošlo k poškodeniu očí.
Odporúča sa tiež nosiť ochranné rukavice, aby nedošlo k podráždeniu pokožky.
Pracovné miesto musí byť dobre vetrané.
Skladovanie a maximálna trvanlivosť
Dbajte, prosím, na to, aby ste tuby hneď po prevzatí pasty opäť starostlivo zatvorili, aby nedošlo k vysychaniu pasty.
Skladujte v uzavretých, vetrateľných miestnostiach, prísom sa vyhnajte vlhkosti a intenzívnemu svetlu, skladujte pri teplote 0°C až 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok je doba použiteľnosti 36 mesiacov, po otvorení doba 12 mesiacov.
Likvidácia odpadu
Likvidujte podľa miestnych úradných predpisov.
Zloženie
Two in One Neutrálna: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, farbivo (CI. 77891)
Two in One Pomarančová: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, farbivá (CI. 47005, CI. 77891), pomarančová aróma (obsahuje limonén)
Two in One Mätová: silikagély, glycerín, destilovaná voda, hydroxylapatyt, regulátor kyslosti, konzervačné prísady (fenoxyetanol, PHB ester), zahusťovadlo, emulgátor, fluorid sodný (1500 ppm = 679 ppm F-), farbivá (CI. 42090, CI. 47005, CI. 77891), mátový olej

Magyarországi forgalmazó: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, 6020 Innsbruck, Ausztria ☎ +43 512572834

EE Kasutusjuhend
Lunos® Poleerimispasta Two in One Neutraalne / Apelsini / Mündi

Poleerimispasta Two in One on saadaval järgnevates variantides:
Neutraalne (REF: CP27TA01901), fluoriidi- ja lõhnaainetevaba
Apelsinimaitseline (REF: CP27OA01901), fluoriidivaba, sisaldab limoneeni
Mündimaitseline (REF: CP27OM01901), sisaldab 679 ppm üldfluoriidi (naatriumfluoriid) ja piparmündiõli

Ettevalmistamine
Eemaldage enne kasutamist kaitsev pakend. Võtke poleerimiseks vajalik kogus poleerimispasta, näiteks profülaktikahari, segamisharjast või muust sobivast mahutist. Võtke poleerimispasta vastava poleerimisinstrumendiga ja alustage poleerimist. Pange tähele, et hõõrdeefekt ilmneb umbes 10 sekundi pärast. Poleerige nii kaua, kuni hõõrdeosakesed on peenemaks muutunud ja tekib ühtlane läikiv pind.
Pange tähele, et poleerimisinstrumendi ja hamba vahel oleks alati piisavalt poleerimispastat. Seetõttu olge tähelepanelik, et ei tekiks hõõrdumisest tingitud kuumenemist. Soovitame kasutada ainult tootja poolt soovitatud maksimaalset poleerimiskiirust. Järgige seadme tootja kasutusjuhendit.
Hoiustamine ja kõlblikkusaeg
Pidage ka silmas, et tuub suletaks kohe pärast pasta väljastamist, et vältida pasta kuivamist.
Hoiustada hästi suletult, ventileeritavates ruumides, vältides niiskust ja intensiivset valgust temperatuuril 0 °C kuni 25 °C. Kaitske otsese päikesekiirguse eest. Hoiustamistingimuste järgimisel on säilivusaeg 36 kuud, pärast avamist 12 kuud.
Utiliseerimine
Utiliseerida kodu kahalike ametlike reeglite kohaselt.
Koostis
Neutraalne Two in One: silikaadid, glütseriin, dest. vesi, hüdroksüülapatiit, hapete-regulaator, säilitusaine (fenoksüetanool, PHB-ester), pakendaja, emulgaator, värvained (CI. 77891)
Apelsinimaitseline Two in One: silikaadid, glütseriin, dest. vesi, hüdroksüülapatiit, happoseue regulaator, säilitusaine (fenoksüetanool, PHB-ester), pakendaja, emulgaator, maitseained (sisaldab limoneeni), värvained (CI. 47005, CI. 77891), apelsiinimaitse (sisaldab limoneeni)
Mündimaitseline Two in One: silikaadid, glütseriin, dest. vesi, hüdroksüülapatiit, happoseue regulaator, säilitusaine (fenoksüetanool, PHB-ester), pakendaja, emulgaator, naatriumfluoriid (1500 ppm = 679 ppm F-), värvained (CI. 42090, CI. 47005, CI. 77891), piparmündiõli
* Stookey/Schermehorni profülaktikaspastele meetod, kus kasutatakse referentsainena pimeskivi [J Dent Res, 1979 58(2): p.588-592] suhtelise RDA-väärtus võrdleb tooteid 100 mõõtmise põhjal.
Tulemused: pH„C" = 255 / Two in One = 260

LV Lietošanas instrukcija
Lunos® Pulēšanas pasta „Two in One" Neitrāla / Apelsīnu / Mētas

Pulēšanas pasta „Two in One" ir pieejama šādos variantos:
Neitrāla (REF: CP27TA01901), bez fluorīda, bez aromatizētājiem
Orange (REF: CP27OA01901), bez fluorīda, satur limonēnu
Mētes (REF: CP27OM01901), satur 679 ppm kopējā fluorīda (nātrija fluorīds) un piparmētru eļļu

Produkta apraksts
"Pulēšanas pasta Two in One" ir medicīniska ierīce. Šis produkts ir paredzēts vienīgi profesionālai lietošanai zobārstniecībā, un to drīkst pielietot tikai kvalificēti zobārsti.
Pulēšanas pasta Two in One" nesatur dzīvnieku izcelsmes substrances, cieti, laktozi, trušķus un plastmasas mikrodaļiņas.
Indikācijas
- drīkst lietot tikai ar profilaksei piemērotiem pulēšanas instrumentiem
- sausīgiem mīkstajiem zobu virsmas apnešiem ar rokas vai rotējošiem instrumentiem, piemēram, inlejām, onlejām, vainagiem, fasetēm utt.
- Pirms virsmas iegulšanas ar fluorīdu preparātiem vai pirms zobu protēžu uzlikšanas, baltinošanas vai pēc tās, piemēram, inlejām, onlejām, vainagiem, fasetēm utt.
- Pēc ortodontiskās aparāta profilaktiskās tīrīšanas ar dabīgām ārstniecības augu ekstraktvielām un pēc kompozītu ievietošanas. Šādos gadījumos ir jāizvēlas bezfluorīda varianti "Neitrāla" vai "Apelsīnu".
- Tiek izmantots arī jaunais princips "pašsamazināšanās". Tas nozīmē, ka sākumā pulēšanas laikā pulēšanas daļiņas tiek samazinātas un sasmalcinātas. Tādēļ pulēšanas laikā var izmantot arvien mazākas un gludākas virsmas. Tas ļauj sasniegt optimālu pulēšanas rezultātu.

Kontrindikācijas
Pulēšanas pasta Two in One® nedrīkst lietot:
- Pirms fluorīdu preparātu uzklāšanas, baltināšanas vai pēc tās, kā arī pirms un pēc fiksētu protēžu uzlikšanas, piemēram, inlejām, onlejām, vainagiem, fasetēm utt.
- Pēc ortodontiskās aparāta profilaktiskās tīrīšanas ar dabīgām ārstniecības augu ekstraktvielām un pēc kompozītu ievietošanas. Šādos gadījumos ir jāizvēlas bezfluorīda varianti "Neitrāla" vai "Apelsīnu".
- Tiek izmantots arī jaunais princips "pašsamazināšanās". Tas nozīmē, ka sākumā pulēšanas laikā pulēšanas daļiņas tiek samazinātas un sasmalcinātas. Tādēļ pulēšanas laikā var izmantot arvien mazākas un gludākas virsmas. Tas ļauj sasniegt optimālu pulēšanas rezultātu.

Piesardzības pasākumi
Ārstiem un palīgiem darba laikā nepieciešami aizsargbrilles, lai nepieļautu acu bojājumus.
Ieteicams lietot arī aizsargcimdus, lai nepieļautu ādas kairinājumu.
Darba telpām jābūt labi vēdināmām.
Uzglabāšana un derīguma termiņš
Uzglabāt sausā, vēdināmās telpās, sargājot no mitruma un intensīvas gaismas, 0 °C līdz 25 °C temperatūrā. Sargāt no tiešiem saules stariem. Ja tiek ievēroti uzglabāšanas noteikumi, derīguma termiņš neatkarīgam iepakojumam ir trīs gadi, pēc atvēršanas 12 mēneši.
Utilizācija
Utilizēt saskaņā ar vietējiem administratīvajiem noteikumiem.
Sastāvs
Tan in One Neitrāla: silikāti, glicerīns, dest. ūdens, hidroksilapatīts, skābuma regulētājs, konservanti (fenoksietanols, PHB esteri), biezinātājs, emulgators, krāsvielas (CI. 77891)
Tan in One Orange: silikāti, glicerīns, dest. ūdens, hidroksilapatīts, skābuma regulētājs, konservanti (fenoksietanols, PHB esteris), biezinātājs, emulgators, krāsvielas (CI. 47005, CI. 77891), apelsīnu aromatizētājs (satur limonēnu)
Tan in One Mīkstie: silikāti, glicerīns, dest. ūdens, hidroksilapatīts, skābuma regulētājs, konservanti (fenoksietanols, PHB esteris), biezinātājs, emulgators, nātrija fluorīds (1500 ppm = 679 ppm F-), krāsvielas (CI. 42090, CI. 47005, CI. 77891), piparmētru eļļa
Pasirūpinkime dantimi
Kiekvieną dieną bent kartą nuimkite nuo tiesės obsėdusias oklūzinio pakuotės plomba. Paimkite pakankamą poliruojamos pastos kiekį ir įdėkite jį į dozuojimo žiedą, prv„ Lunos®" profilaktikos žiedą, maišymo šepetėlį ar kitą tinkamą indą. Paimkite pastą poliruojamo pastos tinkamu poliravimo instrumentu ir pradėkite poliruoti. Atkreipkite dėmesį, kad savireguliacijos efektas atsiranda maždaug po 10 sekundžių. Poliruokite tol, kol poliruojamo dalelės susmulkės, kad ne tik nuvalytumėte apnašas, bet ir sukurtumėte vienodą, blizgų paviršių.
Nuimkite nuo dantenų kahaenienge pilnimčttei. See tähendab, et alguses suuremad, kepeklesuslusjad poleerimisaokesed muutuvad väiksemaks ja puruneval poleerimise käigus. Nii on võimalik ühe tööetapiga puhastamise esimese 10 sekundi järgselt kuhu kvalt ja ühtlaselt emaeluliga ja viimistlemata pinnad supragingivaliseated hambapiirdu ümarat tihvida ja poleerida.
Poleerimispasta Two in One® on vastunäidustatud selliste patsientide puhul, kellel on teadaolev allergia limoneeni või piparmündiõli vastu, siis soovitatakse kasutada poleerimispasta Two in One neutraalset versiooni.

Hoiatusjuhis
Ärge neelake alla. Vältige kokkupuudet silmadega. Silma sattumisel loputage rohke veega välja. Kõikidest tõsistest juhtumitest vahejuhtumitest tuleb viivitamatult teatada tootjale ja liikmesriigi vastutavale asutusele.
Ettevaatusabinõud
Töötades poleerimispastaga Two in One, tuleb pidada silmas sobivat kaitsevarustust. Et terrorite kõrvaldamine ja kaitsevarustuse kandmine on kohustuslik nii ravitsel, kui ka ravitavatel.
Kasutaja peab kandma sobivat kaitsevarustust kaitsmaks suud ja nina, samuti kaitsmaks silmi.
Poleerimispastast Two in One tohib kasutada vaid vastava väljajõppe saanud hambaravispetsialist.
Ruumid peavad olema hästi ventileeritud ja eriti spetsialiseeritud fluoridravi, kui see on näidustatud. Töötlemise piiseval mündimaitselise variandiga ärge kasutage rohkem poleerimispastat kui vajalik.
Ettevaatust tuleb rakendada, kui poleerimispastat kasutatakse koos ultraheli seadmega. Pulsaatage hambaravisseadmete pindasid pärast poleerimispastaga kokkupuutumist vähemalt korra.
Töötle ettevalmistamine
Eemaldage kaitsekork enne tuubi originaalseisundi tõstet ehemaldada. Pigistage piisav kogus poleerimispastat ja pange pastekandmismaasumisse, näiteks Lunos® hügieenirõngasse, hambaharjale või muudesse sobivatesse mahutisse. Võtke pastat sobiva poleerimisinstrumendiga ja alustage poleerimist. Pange tähele, et hõõrdeefekt ilmneb umbes 10 sekundi pärast. Poleerige nii kaua, kuni hõõrdeosakesed on peenemaks muutunud, et pärast katu eemaldamist saaks tekitada ühtlase läikiva pinna. Vältimaks hõõrdumisest tingitud kuumenemist, olge tähelepanelik, et hamba vahel oleks alati piisavalt poleerimispastat. Soetõttu olge tähelepanelik, et ei tekiks hõõrdumisest tingitud kuumenemist. Soovitame kasutada ainult tootja poolt soovitatud maksimaalset poleerimiskiirust. Järgige seadme tootja kasutusjuhendit.
Säilitamine ja säilivusaeg
Pidage ka silmas, et tuub suletaks kohe pärast pasta väljastamist, et vältida pasta kuivamist.
Hoiustada hästi suletult, ventileeritavates ruumides, vältides niiskust ja intensiivset valgust temperatuuril 0 °C kuni 25 °C. Kaitske otsese päikesekiirguse eest. Hoiustamistingimuste järgimisel on säilivusaeg 36 kuud, pärast avamist 12 kuud.
Utiliseerimine
Utiliseerida kodu kahalike ametlike reeglite kohaselt.
Koostis
Neutraalne Two in One: silikaadid, glütseriin, dest. vesi, hüdroksüülapatiit, hapete-regulaator, säilitusaine (fenoksüetanool, PHB-ester), pakendaja, emulgaator, värvained (CI. 77891)
Apelsinimaitseline Two in One: silikaadid, glütseriin, dest. vesi, hüdroksüülapatiit, happoseue regulaator, säilitusaine (fenoksüetanool, PHB-ester), pakendaja, emulgaator, maitseained (sisaldab limoneeni), värvained (CI. 47005, CI. 77891), apelsiinimaitse (sisaldab limoneeni)
Mündimaitseline Two in One: silikaadid, glütseriin, dest. vesi, hüdroksüülapatiit, happoseue regulaator, säilitusaine (fenoksüetanool, PHB-ester), pakendaja, emulgaator, naatriumfluoriid (1500 ppm = 679 ppm F-), värvained (CI. 42090, CI. 47005, CI. 77891), piparmündiõli
* Stookey/Schermehorni profülaktikaspastade meetod, kus kasutatakse referentsainena pimeskivi [J Dent Res, 1979 58(2): p.588-592] suhtelise RDA-väärtus võrdleb tooteid 100 mõõtmise põhjal.
Tulemused: toode „C" = 255 / Two in One = 260
Mõõtmistulemused: toode „C" = 255 / Two in One = 260

LV Lietošanas instrukcija
Lunos® Pulēšanas pasta „Two in One" Neitrālā / Apelsīnu / Piparmētru

Galima įsigyti šių variantų pulerimo pastos „Two in One":
Neutrali (REF: CP27TA01901), be fluoridų, be aromatinių medžiagų
Apelsinų (REF: CP27OA01901), be fluoridų, sudėtyje yra limonenu
Mėtinę (REF: CP27OM01901), sudėtyje yra 679 ppm fluorido kiekio (natrio fluoridas) ir piparmėnų aliejaus

Gaminio aprašymas
Pulerimo pasta „Two in One" yra medicinos priemonė. Šis produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui odontologijos kabinete, ir jį gali naudoti tik kvalifikuoti specialistai.
Pulerimo pasta „Two in One" sudėtyje nėra gyvūninės kilmės medžiagų, glitimo, laktozės, trukčiozės ir mikroplastiko.
Indikacijos
- gali būti naudojama tik profilaktikai kartu su tinkamais pulerimo instrumentais
- sausiems spulginiams ir gomurinio atsargiai šalinti nuo dantenų vagelėje esančių dantų paviršių ir juos poliruoti vieno veiksmo
- dantų paviršiams paruošti ir nuvalyti prieš tepant fluoridų preparatus, tepant baltinimo preparatus ir įstatant neišlemuotas protezines priemones, prv„ inlėjas", „onlėjas", vainikėlius, laminates ir t. t.
- tinka valymui prieš užsidedant ortodontines laikas ir įstatant kompozitines restauracijas. Tam geriau naudoti variantus „Apelsinine" ir „Neutrali" be fluoridų
- veikia inovatyvų „savireduojimo" principu. T. y., pradžioje dideles, lazdelės formos pulerimo dalelės pulerimo procedūros metu smulkėja ir šlifuoja. Tai vieno veiksmo per pirmąsias 10 valymo sekundžių galima gretinti ir gerai nuvalyti apnašas ir tuojau pat po to imtis švelnaus lygimi ir poliruoti dantenų vagelėje esančius dantų paviršius.

Poliravimo pastos „Two in One" negalima naudoti pacientams su žinoma alergija sudėtinėms pastų medžiagoms (prv„ limonenui, piparmėnų aliejui). Jei yra žinoma alergija limonenui arba piperminių aliejų, rekomenduojama naudoti poliravimo pastos „Two in One" variantą „Neutrali".

Ispėjimas
Neprarykite. Venkite patekimo į akis. Patekus į akis skalaukite didelį kiekį vandens. Apie visus su gaminiu susijusius rimtus incidentus nedelsiant praneškite gamintojui ir kompetentingai savo valstybės institucijai.
Atsargumo priemonės
Dirbdami su poliravimo pasta „Two in One" atkreipkite dėmesį į tinkamas apsaugos priemones: pacientams ir gydytojas turi dėvėti tinkamą akių apsaugą, prv„ apsauginius akinius.
Gydytojas turi naudoti tinkamas apsaugines priemones, tokias kaip burnos ir nosies apsaugines kaukes ir pirštines.
Poliravimo pasta „Two in One" gali naudoti tik atitinkamai mokyti odontologai.
Variantas „Mėtinė" su fluoridu vestibiu specialistas fluoridų terapiją. Kai tepate fluorą. Tą dieną, kai gydoma buvo naudotas variantas „Mėtinė", dirbugiu jokių kitų preparatų su fluoridais nenaudokite.
Prieš atliekant fluoruotosiomis pagrindą ėduonies diagnostiką vieto variantu „Mėtinė". Poliravimo pastą naudoti variantą „Neutrali" be fluoridų.
Poliravimo pastą, patekusią ant gydymo įrangos paviršių, nuvalykite drėgna šluoste.
Pasiruošimas darbui
Prieš pirmąjį naudojimą pašalinkite apsauginę plėvelę nuo tūbelės. Paimkite pakankamą poliravimo pastos kiekį ir įdėkite jį į dozavimo žiedą, prv„ Lunos®" profilaktikos žiedą, maišymo šepetėlį ar kitą tinkamą indą. Paimkite pastą poliravimo pastos tinkamu poliravimo instrumentu ir pradėkite poliruoti. Atkreipkite dėmesį, kad savireguliacijos efektas atsiranda maždaug po 10 sekundžių. Poliruokite tol, kol poliruojamo dalelės susmulkės, kad ne tik nuvalytumėte apnašas, bet ir sukurtumėte vienodą, blizgų paviršių.
Nuimkite nuo dantenų kahaenienge pilnimčttei. See tähendab, et alguses suuremad, kepeklesuslusjad poleerimisaokesed muutuvad väiksemaks ja puruneval poleerimise käigus. Nii on võimalik ühe tööetapiga puhastamise esimese 10 sekundi järgselt kuhu kvalt ja ühtlaselt emaeluliga ja viimistlemata pinnad supragingivaliseated hambapiirdu ümarat tihvida ja poleerida.
Poleerimispasta Two in One® on vastunäidustatud selliste patsientide puhul, kellel on teadaolev allergia limoneeni või piparmėnų aliejui vastu, siis soovitatakse kasutada poleerimispasta Two in One neutraalset versiooni.

Hoiatusjuhis
Ärge neelake alla. Vältige kokkupuudet silmadega. Silma sattumisel loputage rohke veega välja. Kõikidest tõsistest juhtumitest vahejuhtumitest tuleb viivitamatult teatada tootjale ja liikmesriigi vastutavale asutusele.
Ettevaatusabinõud
Töötades poleerimispastaga Two in One, tuleb pidada silmas sobivat kaitsevarustust. Et terrorite kõrvaldamine ja kaitsevarustuse kandmine on kohustuslik nii ravitsel, kui ka ravitavatel.
Kasutaja peab kandma sobivat kaitsevarustust kaitsmaks suud ja nina, samuti kaitsmaks silmi.
Poleerimispastast Two in One tohib kasutada vaid vastava väljajõppe saanud hambaravispetsialist.
Ruumid peavad olema hästi ventileeritud ja eriti spetsialiseeritud fluoridravi, kui see on näidustatud. Töötlemise piiseval mündimaitselise variandiga ärge kasutage rohkem poleerimispastat kui vajalik.
Ettevaatust tuleb rakendada, kui poleerimispastat kasutatakse koos ultraheli seadmega. Pulsaatage hambaravisseadmete pindasid pärast poleerimispastaga kokkupuutumist vähemalt korra.
Töötle ettevalmistamine
Eemaldage kaitsekork enne tuubi originaalseisundi tõstet ehemaldada. Pigistage piisav kogus poleerimispastat ja pange pastekandmismaasumisse, näiteks Lunos® hügieenirõngasse, hambaharjale või muudesse sobivatesse mahutisse. Võtke pastat sobiva poleerimisinstrumendiga ja alustage poleerimist. Pange tähele, et hõõrdeefekt ilmneb umbes 10 sekundi pärast. Poleerige nii kaua, kuni hõõrdeosakesed on peenemaks muutunud, et pärast katu eemaldamist saaks tekitada ühtlase läikiva pinna.